

お客様 各位

SD-74-11-001
2018年11月16日

日本電産シンポ株式会社

DT-2100 接触子アダプタ不具合について

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度ハンドヘルド型高機能デジタル回転速度計の接触子アダプタに不具合がございましたので、下記にてご連絡させていただきます。ご迷惑お掛けして申し訳ございませんが、宜しく願い申し上げます。

敬具

記

【対象製品】

ハンドヘルド型高機能デジタル回転速度計 DT-2100 シリーズ

【不具合箇所】

接触子アダプタのピンが突き出ており、延長シャフトを付ける事ができません。

| | 不具合 | 正規品 |
|-------------|---|--|
| 接触子 アダプタ |  |  |

【対応について】

不具合製品がございましたら弊社担当までご連絡ください。

以上